

Termo de Referência 425/2024

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
425/2024	988841-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS	RENATA PASE RAVANELLO	18/06/2024 08:51 (v 2.0)

Status
CONCLUIDO

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens permanentes		TR 425/2024

1. Definição do objeto

Este termo de referência tem por objetivo a aquisição de materiais permanentes, essenciais para o atendimento dos pacientes atendidos pelas equipes da Rede Bem Cuidar do Município de Santa Maria, conforme especificações e condições deste Termo de Referência.

2. Fundamentação da contratação

A Rede Bem Cuidar é integrante do Programa Estadual de Incentivos para a Atenção Primária em Saúde, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, que tem o objetivo de incentivar a melhoria e o fortalecimento dos serviços oferecidos à população gaúcha. Essa rede é formada pela adesão de unidades básicas que serão complementadas por profissionais de equipe multidisciplinar e que receberão matriciamento. Esse programa está organizado por meio de ciclos nos quais as equipes desenvolvem um conjunto de ações previstas para a qualificação dos processos de trabalho e qualificação em saúde. Para que esse conjunto de ações seja realizado são necessários alguns equipamentos para o atendimento dos usuários, tanto na unidade quanto no domicílio.

3. Descrição da solução

Os materiais permanentes requeridos são essenciais para a qualificação do atendimento dos usuários do território da unidade contemplada com a Rede BemCuidar (RBC), pois a Equipe de Saúde da Família, a Equipe de Saúde Bucal e aEquipe Multidisciplinar Ampliada, agora denominadas Equipe RBC, terão que desenvolver ações específicas de qualificação de cuidado. Para o ciclo de 2024-2026, além do seguimento das ações para o cuidado para as pessoas idosas, também serão

desenvolvidas ações para a qualificação do cuidado para as mães, suas parcerias e crianças. Logo, os materiais permanentes descritos neste termo são adequados para o cuidado dessas populações, com o incremento na ambiência, inclusive no domicílio, buscando uma atenção qualificada, acolhedora, inclusiva, eficiente, resolutiva, humanizada e que promova a satisfação das pessoas com o cuidado em saúde recebido.

4. Requisitos da contratação

Item	Código Catmat	Descrição	Unidade	Quantidade
2	436498	<p>Monitor de Pressão Arterial Digital de Braço:</p> <p>Braçadeira Intelliwrap 22-42cm (ergonômica universal, ajustável e que se adapta a diversos tamanhos de braços). Guia de aplicação da Braçadeira (LED). Tecnologia exclusiva Intellisense. 30 memórias. Detector de batimentos irregulares. Detector de movimento. Garantia por defeitos de materiais e de fabricação que apareçam em até 5 anos a partir da data da compra. Registro na ANVISA. Certificado pelo Inmetro.</p> <p>Conteúdo da embalagem: Monitor de pressão arterial automático de braço, 01 Braçadeira Intelliwrap (22-42cm), 01 Manual de instruções, 01 Bolsa de armazenamento, 04 pilhas AA (alcalinas). APRESENTAR CATÁLOGO NA PROPOSTA.</p>	Unid	31
3	613481	<p>Estadiômetro Vertical Portátil:</p> <p>Equipamento destinado à medição da estatura de pessoas e desenvolvido para ser transportado. Fabricado em material rígido, resistente à umidade e mudanças de temperatura e de fácil higienização. Deve incluir todas as peças necessárias para sua utilização. Equipamento leve e apropriado para o transporte. Escala numérica gravada em tinta resistente ao uso. Escala numérica bilateral fixada em material desmontável que se encaixem com precisão e mantenham-se estáveis durante o uso. Escala numérica construída em centímetros, com graduação (precisão) de 1 mm, com no mínimo, 200 cm úteis, com indicação da dezena (em números maiores) a cada 10 cm. O cursor (parte móvel) deve permitir o deslize suave e estável, mantendo ângulo de 90 graus com a escala numérica. Deve apresentar base de sustentação para apoio dos pés, permitindo adequado nivelamento. Deve incluir indicador de leitura simplificado que aponte o valor da medição. Peso aproximado: 3Kg. Equipamento acompanhado de bolsa para proteção e com alça exclusiva para transporte e manual de instruções em português.</p>	Unid	17

		Garantia mínima de 01 ano. APRESENTAR CATÁLOGO NA PROPOSTA.		
4	7110	Aquecedor portátil de ambiente: Design moderno. Controle de temperatura por termostato. Triplo sistema de segurança. Dois níveis de potência para aquecimento e 1 para ventilação. Potência de 1500 a 2000 watts. Aquecimento por termoventilação. Alça para transporte. Lâmpada piloto. Baixo nível de ruído. Leve e compacto, pode ser usado em diversos ambientes. APRESENTAR CATÁLOGO NA PROPOSTA.	Unid	03
5	435624	Esfigmomanômetro adulto obeso (coxa): Características mínimas: aparelho de pressão aneróide com mostrador graduado, braçadeira reutilizável adulto grande (obeso), confeccionada em tecido/lona antialérgico, resistente, flexível e lavável, circunferência de braço de 45 a 52 cm; manômetro resistente a impactos, sem quebrar nem perder a calibração, pera e válvula com látex, alta resistência e durabilidade. Acompanha: 01 bolsa para acondicionamento; 01 manual de instruções. Embalagem individual. Registro Anvisa, certificação do INMETRO e selo ABNT. Garantia de, no mínimo, 03 (três) meses. APRESENTAR CATÁLOGO NA PROPOSTA.	Unid	05
8	415928*	Mesa ginecológica elétrica: Modelo tradicional com movimentos automatizados e individualizados. Elevação/rebaixamento de perneira/pernas, elevação/abaixamento do encosto, posição cadeira e posição maca. Motor livre de óleo e base com 4 rodízios. Estrutura em aço, tratamento anti ferrugem, com pintura epóxi em pó, e estofado em couro com revestimento plástico. Suporta 200 Kg em elevação. Dimensões: altura máxima do assento em relação ao solo: 98 cm; altura mínima do assento em relação ao solo: 65 cm; medidas do assento: 53x60 cm; medidas do encosto: 73 x 60 cm; medida da perneira: 36 x 58cm; largura total da mesa: 81 cm; comprimento total posição maca: 171 cm, comprimento total da base com os rodízios: 123cm; altura total na posição cadeira: 157 cm. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. APRESENTAR CATÁLOGO NA PROPOSTA.	Unid	02
9	372895*	Balança plataforma portátil: Fabricada exclusivamente para pesagem de pessoas. Construída em material resistente a impacto (exemplo: não pode ser de vidro temperado) e de fácil	Unid	22

		<p>higienização. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com, no mínimo, 5 dígitos. Capacidade de pesagem de até 200 Kg. Desligamento automático. Alimentação por bateria ,deve incluir a bateria necessária parao seu funcionamento. Indicador de bateria fraca. Pés revestidos em material antiderrapante. Deve apresentar indicador de sobrecarga, isto é, caso haja sobrecarga de peso, a balança deve indicar erro ao invés de demonstrar o peso máximo possível. É indispensável que o produto apresente certificação pelo IPEN/INMETRO (Instituto de Pesos e Medidas/ Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial) ou órgão semelhante. Equipamento acompanhado de bolsa com alça exclusiva para proteção e transporte. Equipamento acompanhado de manual de instruções em português e garantia mínima de 1 ano após entrega. APRESENTAR CATÁLOGO NA PROPOSTA.</p>		
10	602021	<p>Balança Antropométrica Digital Adulto Obeso:</p> <p>Fabricada exclusivamente para pesagem de pessoas. Construída em material resistente e de fácil higienização. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com, no mínimo, 5 dígitos. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 300 kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 100 g. Plataforma para apoio dos pés constituídos de material antiderrapante e resistente ao uso. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante. Chave seletora de tensão de 220 V. Com antropômetro acoplado com escala numérica de, no mínimo, 200 cm úteis. É indispensável que o produto apresente certificação pelo IPEN /INMETRO (Instituto de Pesos e Medidas/ Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). Equipamento acompanhado de manual de instruções em português. Registro no Ministério da Saúde. Garantia de, no mínimo, 06 (seis) meses. APRESENTAR CATÁLOGO NA PROPOSTA</p>	Unid	02

14	608826	Régua Antropométrica: Antropômetro infantil (Régua antropométrica pediátrica). Aparelho para medir o comprimento de crianças. Material: estrutura em material de fácil higienização, exceto madeira (podendo ser metálico, PVC, acrílico ou similar), com escala de fácil leitura. Tamanho: medindo, no mínimo, de 0 a 100 cm, com marcação de 0,5 em 0,5 cm, com cursor e apoio para fixação da cabeça. APRESENTAR CATÁLOGO NA PROPOSTA.	Unid	10
15	442467	Fita métrica específica para medida da altura uterina da gestante: Fabricada em fibra de vidro macia ou lona lisa com metragem em centímetros. Contendo as seguintes informações: imagem da técnica da altura uterina, relação entre meses gestacionais, semanas de amenorreia e altura uterina em centímetros. Medidas aproximadas: 70 cm de comprimento e 2,5 cm de largura. APRESENTAR CATÁLOGO NA PROPOSTA.	Unid	50

*catmat próximo ao descritivo desejado

5. Modelo de execução do objeto

CONDIÇÕES E PRAZO DE ENTREGA

A entrega será realizada em parcela única e deverá ocorrer no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, a contar do recebimento da nota de empenho, que será enviada via e-mail.

LOCAL PARA ENTREGA

Os itens deverão ser entregues no seguinte local, endereço e horário:

Almoxarifado Central, situado na BR 158, nº 545 b – Bairro Boi Morto - Santa Maria, CEP: 97030-660 (entre os trevos dos quartéis do Boi Morto, em frente à Agropecuária Boa Safra), das 07h30min às 11h30min, telefone: (55) 3174-1530, e-mail: almoxarifadocentral.pmsm@gmail.com.

Os termos de garantia dos materiais deverão ser apresentados no momento da entrega.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Receber e conferir os materiais e/ou equipamentos. Efetuar o pagamento ajustado. Rejeitar o material e/ou equipamento que for entregue fora das especificações contidas neste termo de referência. No caso de ocorrer entrega fora das especificações, a

empresa deverá efetuar a troca do equipamento, sem ônus para o município, no prazo máximo de 10 dias.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes de fretes, impostos e demais encargos. Entregar o objeto conforme convencionado, sem qualquer outro encargo ou despesa para o Município. Substituir o material ou equipamento com defeito de fabricação ou aqueles que apresentarem adulteração de qualidade dentro do prazo de garantia.

6. Modelo de gestão do contrato

Os materiais deverão ser entregues conforme as especificações constantes deste Termo de Referência. As despesas decorrentes da presente contratação/aquisição ocorrerão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento e referentes à Rede Bem Cuidar e constante da solicitação de compra que acompanha o presente Termo de Referência.

7. Critérios de medição e pagamento

O pagamento será efetuado em 15 (quinze) dias a contar do recebimento da nota fiscal na Secretaria de Finanças.

O pagamento será creditado em conta corrente da empresa, devendo para isto ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito no momento de oferecimento da proposta.

8. Critérios de seleção do fornecedor

A seleção do fornecedor se dará conforme a modalidade licitatória ou de contratação a ser escolhida, após análise da Superintendência de Compras e Licitações.

9. Estimativas do Valor da Contratação

Valor (R\$): 64.892,46

O valor estimado para a aquisição dos equipamentos é de R\$ 64.892,46.

10. Adequação orçamentária

As despesas decorrentes da presente contratação/aquisição correrão à conta de recursos específicos da Rede Bem Cuidar consignados no Orçamento e constante da solicitação de compra que acompanha o presente Termo de Referência.

11. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

TAINAH DE OLIVEIRA GUERRA

Gestora Municipal da Rede Bem Cuidar



Documento assinado digitalmente

MATHEUS WIEDENHOFT MARAFIGA

Data: 18/06/2024 14:05:46-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>