



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 988841 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS  
**PREGÃO 90017/2025**

Às 15:36 horas do dia 25 de abril do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LIANA TROST EBLING, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 101, Pregão nº 90017/2025.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021      Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto      Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não      UF da UASG: RS  
Objeto da compra: RP - Aquisição de material médico hospitalar e curativos de cobertura conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.  
Entrega de propostas: De 19/03/2025 às 08:00 até 01/04/2025 às 08:30  
Abertura da sessão pública: Dia 01/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

**Mensagens do chat da compra**

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 01/04/2025 às 08:30:01 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.   |
| Sistema     | 01/04/2025 às 08:59:44 | Bom dia Srs. Licitantes.  |
| Sistema     | 01/04/2025 às 09:00:15 | Peço atenção aos seus lances, visto que não poderão ficar com mais de duas casas decimais.  |
| Sistema     | 01/04/2025 às 09:01:19 | As propostas que ficarem com mais de duas casas decimais, OBRIGATORIAMENTE, deverão negociar ao final da fase de lances, sob pena de desclassificação.  |
| Sistema     | 01/04/2025 às 11:36:56 | Srs. Licitantes, valores acima da média estimada não serão homologados. Revejam seus preços caso queiram fornecer este material ao Município.   |
| Sistema     | 01/04/2025 às 11:59:11 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.  |
| Sistema     | 01/04/2025 às 11:59:21 | Bom dia Srs. Licitantes.  |
| Sistema     | 01/04/2025 às 11:59:49 | Farei a convocação para negociarmos os valores que ficaram com mais de duas casas decimais.   |
| Sistema     | 01/04/2025 às 12:03:00 | Srs. Licitantes, os anexos para negociação ficarão aberto, lembrando que, caso não negociem, não poderemos aceitar mais que duas casas decimais, portanto, poderão ser desclassificados.  |
| Sistema     | 01/04/2025 às 12:03:33 | As propostas acima da média estimada deverão ser negociadas. Convocarei após o intervalo de almoço.   |
| Sistema     | 01/04/2025 às 12:03:59 | Srs. Licitantes, o certame será suspenso e reaberto hoje, às 14h.   |
| Sistema     | 01/04/2025 às 12:05:04 | Aguardamos a presença de todos, pois convocarei para envio da proposta financeira, juntamente com a qualificação técnica (ANVISA e AFES) juntamente com catálogos, bulas ou folders.  |
| Sistema     | 01/04/2025 às 12:05:22 | Aguardamos todos as 14h. Bom almoço   |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:59:45 | Boa tarde Srs. Licitantes, estamos reabrindo o certame.   |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:01:04 | Verifiquei que, por equívoco, constou em edital que poderá ser aceito até três casas decimais, portanto, as propostas que estejam com até 03 (três) casas decimais e foram convocadas, poderão encerrar a convocação para negociar. |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:04:15 | Srs. Licitantes. farei a convocação para negociarmos as propostas que ficaram acima da média estimada. Por gentileza, negociem suas propostas ou informem que não possuem interesse em negociar, encerrando a convocação.  |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:07:03 | Srs. Licitantes, aguardaremos 15 minutos para a negociação, caso não negociem, sua proposta será desclassificada e será chamada a próxima.   |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:24:17 | Srs. Licitantes, visto que as empresas não se manifestaram em negociar, farei a desclassificação.  |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:28:47 | Srs. Licitantes, aguardaremos 15 minutos para negociação, caso contrário, serão desclassificadas.  |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:43:18 | Srs. Licitantes, enquanto aguardamos as empresas negociarem este 3 itens, farei a convocação para envio das propostas financeiras, juntamente com a qualificação técnica (AFE e ANVISAS) juntamente com catálogos, bulas ou folders dos produtos ofertados.  |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:44:03 | O prazo para envio será de 02 horas, caso seja necessário maior prazo, solicite antes do encerramento do prazo via chat ou através do e-mail pregao@santamaria.rs.gov.br   |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:44:59 | As empresas que forem vencedoras em mais de 01 item, a convocação será feita apenas no primeiro item, onde deverá anexar os documentos de todos os itens vencidos.   |
| Sistema     | 01/04/2025 às 15:12:58 | Srs. Licitantes, visto que teremos uma atualização no sistema da PM Santa Maria, o certame será suspenso e reaberto amanhã, dia 02/04/2025 às 09 h.  |
| Sistema     | 01/04/2025 às 15:13:14 | Pedimos desculpas e aguardamos a presença de todos.  |
| Sistema     | 02/04/2025 às 08:58:28 | Bom dia Srs. Licitantes, estamos reabrindo o certame.  |
| Sistema     | 02/04/2025 às 08:59:51 | A empresa FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO encaminhou e-mail solicitando a reabertura do anexo, para enviar AFE atualizada, portanto será reaberto o anexo.   |
| Sistema     | 02/04/2025 às 09:01:29 | As empresas BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTO e CIRURGICA LAJEADENSE LTDA solicitaram via chat, a reabertura do anexo.  |
| Sistema     | 02/04/2025 às 09:05:17 | A empresa DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR não enviou os anexos e não solicitou prorrogação, portanto, será desclassificada.  |
| Sistema     | 02/04/2025 às 09:18:24 | Srs. Licitantes, começarei a fazer a convocação do restante das empresas.  |
| Sistema     | 02/04/2025 às 09:19:00 | Solicitarei proposta financeira atualizada, qualificação técnica (ANVISA e AFE) juntamente com catálogos ou folders.   |
| Sistema     | 02/04/2025 às 09:19:39 | Caso a empresa seja vencedora de mais de 01 item, a convocação será feita apenas no primeiro item, onde deverá enviar os documentos de todos os itens.   |
| Sistema     | 02/04/2025 às 10:12:57 | Srs. Licitantes, as proposta já enviadas estão sendo enviadas para a análise da equipe técnica.  |
| Sistema     | 02/04/2025 às 10:14:30 | Referente a proposta da empresa Bello SUL a equipe técnica respondeu da seguinte forma: As propostas apresentadas pela Empresa referente aos itens 03 e 137 NÃO atendem ao descritivo do Edital.<br>Solicitamos no Edital...branco celulose e na proposta apresentada é Fibras celulósicas virgem. |
| Sistema     | 02/04/2025 às 10:26:05 | A empresa IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDI não anexou proposta dentro do prazo estipulado, portanto, será desclassificada.   |
| Sistema     | 02/04/2025 às 11:00:51 | Referente a proposta da empresa Conexão Médica para o item 55, a equipe técnica respondeu da seguinte forma:   |
| Sistema     | 02/04/2025 às 11:00:59 | A proposta apresentada pela Empresa referente ao item 55 NÃO atende ao descritivo do Edital.<br>No Edital solicitamos...máscara cirúrgica c/ camada tripla.<br>Na proposta apresentada pela Empresa é N95 Pff2.  |
| Sistema     | 02/04/2025 às 11:43:43 | Srs. Licitantes, visto que as propostas estão sendo analisadas pela equipe técnica, o certame será suspenso e reaberto hoje, às 15 h.  |
| Sistema     | 02/04/2025 às 11:43:53 | Aguardamos a presença de todos.  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 02/04/2025 às 14:59:42 | Boa tarde Srs. Licitantes.   |
| Sistema     | 02/04/2025 às 15:01:31 | A empresa ALTO URUGUAI COMERCIO DE PROD não enviou Não anexou proposta, portanto, será desclassificada.  |
| Sistema     | 02/04/2025 às 15:09:04 | A empresa TADEU RUSSO SIQUEIRA não anexou sua proposta financeira e documentos de qualificação técnica, portanto foi desclassificada.  |
| Sistema     | 02/04/2025 às 15:25:46 | Srs. Licitantes, visto que a equipe técnica está analisando as proposta e são muitas empresas, o certame será suspenso e reaberto amanhã, dia 03/04/2025 às 09h  |
| Sistema     | 02/04/2025 às 15:25:55 | Aguardamos a presença de todos.  |
| Sistema     | 03/04/2025 às 08:59:55 | Bom dia Srs. Licitantes, estamos reabrindo o certame.  |
| Sistema     | 03/04/2025 às 09:01:42 | A empresa PROVIDE HOSPITALAR LTDA solicitou via e-mail a reabertura do anexo para envio apenas da proposta financeira, será concedido.   |
| Sistema     | 03/04/2025 às 09:15:45 | Referente a proposta da empresa DISTRISOL DISTRIBUIDORA para o item 72, a equipe técnica respondeu da seguinte forma:  |
| Sistema     | 03/04/2025 às 09:17:10 | A proposta apresentada pela Empresa referente ao ítem 72 NÃO atende ao descritivo do Edital. NÃO possuem as três camadas de absoção conforme solicitamos no Edital: " uma camada de absorção vertical, outra c/ sistema tranca fluidos e uma camada extra de retenção de exsudato".  |
| Sistema     | 03/04/2025 às 09:47:54 | Srs. Licitantes, as propostas que já foram aceitas pela equipe técnica e que já anexaram os documentos de habilitação, farei a aceitação dos itens.  |
| Sistema     | 03/04/2025 às 09:48:42 | As empresa em que as propostas já foram analisadas e aceitas, mas que não enviaram os documentos de habilitação, farei a convocação. FIQUEM ATENTOS!!  |
| Sistema     | 03/04/2025 às 10:53:38 | Referente a proposta da empresa HENRIQUE DE OLIVEIRA PRADO para os itens 146 e 14, a equipe técnica respondeu da seguinte forma:   |
| Sistema     | 03/04/2025 às 10:53:56 | As propostas apresentadas pela Empresa referente aos ítems 146 e 147 NÃO atendem ao descritivo do Edital:<br><br>NÃO é catéter pronto uso, não é confeccionado em poliuretano, não é lubrificado em toda sua extensão com polivinilpirrolidona e não é acondicionado em embalagem de alumínio.   |
| Sistema     | 03/04/2025 às 11:15:10 | Referente a proposta da empresa KORAL HOSPITALAR LTDA para o item 67, a equipe técnica respondeu da seguinte forma: A proposta apresentada pela Empresa referente ao ítem 67 NÃO atende ao descritivo do Edital:<br>NÃO apresenta bordas biseladas, diferentemente o solicitado no Edital.   |
| Sistema     | 03/04/2025 às 11:39:33 | Referente a proposta da empresa FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO para os itens 74 e 75, a equipe técnica respondeu da seguinte forma: As propostas apresentadas pela Empresa referente aos itens 74 e 75 NÃO atende ao descritivo do Edital:<br>O catéter apresentado não é pronto uso, não é confeccionado em poliuretano, não é lubrificado em toda sua extensão com polivinilpirrolidona e não é acondicionado em embalagem de alumínio, diferentemente do solicitad |
| Sistema     | 03/04/2025 às 11:59:14 | Srs. Licitantes, suspenderemos o certame para intervalo de almoço, retornaremos hoje, às 15 horas.   |
| Sistema     | 03/04/2025 às 11:59:22 | Aguardamos a presença de todos.  |
| Sistema     | 03/04/2025 às 15:00:15 | Boa tarde Srs. Licitantes, estamos reabrindo o certame.  |
| Sistema     | 03/04/2025 às 15:00:36 | Continuarei a aceitação das propostas já analisadas pela equipe técnica.   |
| Sistema     | 03/04/2025 às 15:19:50 | Referente a proposta da empresa COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA , a equipe técnica respondeu da seguinte forma:   |
| Sistema     | 03/04/2025 às 15:20:09 | Ítem 65 NÃO atende ao descrivivo do Edital:<br>NÃO possui em sua composição triglicerídios de cadeia média.  |
| Sistema     | 03/04/2025 às 15:58:44 | A empresa GC Soluções não apresentou habilitação financeira (falência) e fiscal (CND Municipal), portanto foi desclassificada.   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 03/04/2025 às 16:32:54 | Srs. Licitante, o certame será suspenso e reaberto amanhã, dia 04/04/2025 às 08h30min.  |
| Sistema     | 03/04/2025 às 16:33:03 | Aguardamos a presença de todos.   |
| Sistema     | 04/04/2025 às 08:30:10 | Bom dia Srs. Licitantes.  |
| Sistema     | 04/04/2025 às 08:30:42 | continuarei a aceitação das propostas já analisadas.  |
| Sistema     | 04/04/2025 às 08:41:40 | Sr. Licitante, a equipe técnica analisou e desclassificou várias propostas.   |
| Sistema     | 04/04/2025 às 08:42:11 | Portanto, começarei as desclassificações para depois chamar as propostas remanescentes.   |
| Sistema     | 04/04/2025 às 08:44:08 | Referente a proposta da empresa O P M COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS, a equipe técnica respondeu o seguinte:   |
| Sistema     | 04/04/2025 às 08:44:27 | As propostas apresentadas pela Empresa referente aos itens 13, 16 e 63 NÃO atendem ao descritivo do Edital.<br>Ítems 13 e 16 os produtos NÃO apresentam em sua composição 100% algodão conforme solicita o Edital.<br>Ítem 63 - Na proposta apresentada o produto contém Alginato de Cálcio e Sódio, o Edital solicita apenas Cálcio.   |
| Sistema     | 04/04/2025 às 08:48:28 | Referente a proposta da empresa QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTACAO, a equipe técnica respondeu da seguinte forma:  |
| Sistema     | 04/04/2025 às 08:48:46 | A proposta apresentada pela Empresa referente ao ítem 17 NÃO atende ao descritivo do Edital. Na proposta apresentada é agulha simples, o Edital solicita com dispositivo de segurança.  |
| Sistema     | 04/04/2025 às 08:50:25 | Referente a proposta da empresa LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MED Ítem 90 - NÃO atende ao descritivo. A proposta apresentada é espêculo simples, o Edital solicita COM DUCTO LATERAL.  |
| Sistema     | 04/04/2025 às 08:52:45 | Referente a proposta da empresa MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA, a equipe técnica respondeu da seguinte forma:   |
| Sistema     | 04/04/2025 às 08:53:06 | Ítem 64 - Na proposta o produto possui em sua composição alginato de cálcio e sódio, o Edital solicita SEM sódio.<br>Ítem 66 - Na proposta o produto possui em sua composição alginato de cálcio e sódio, o Edital solicita somente cálcio.<br>Ítem 79 - Na proposta o produto possui em sua composição óxido de zinco que utiliza graxos essenciais como emoliente, causando queimaduras quando expostos a luz solar.  |
| Sistema     | 04/04/2025 às 08:53:25 | Ítem 81 - O produto ofertado não possui grade demarcadora e sinal de troca conforme solicita o Edital.  |
| Sistema     | 04/04/2025 às 08:53:28 | Ítem 145 - NÃO atende ao descritivo do Edital.Não possui em sua composição hidantoina, sorbato de potássio e ácido bórico   |
| Sistema     | 04/04/2025 às 09:00:02 | Referente a proposta da empresa DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, a equipe técnica respondeu da seguinte forma:  |
| Sistema     | 04/04/2025 às 09:00:12 | A proposta apresentada pela Empresa referente ao ítem 61 NÃO atende ao descritivo do Edital. O produto apresentado não possui dupla camada e não possui 1,2% de prata iônica em sua composição.   |
| Sistema     | 04/04/2025 às 09:10:43 | Referente a proposta da empresa GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA, a equipe técnica respondeu da seguinte forma:   |
| Sistema     | 04/04/2025 às 09:11:12 | As propostas apresentadas pela Empresa referente aos itens 60, 68 e 117 NÃO atendem ao descritivo do Edital.<br>Ítem 60 - O produto apresentado não possui dupla camada e não possui a porcentagem de 1,2 % de prata em sua composição.<br>Ítem 117 - Solicitamos no Edital glicose desidrogenase e no produto apresentado é glicose oxidase.<br>Ítem 68 - O produto apresentado não possui em sua composição hidantoina, sorbato de potássio e ácido bórico. |
| Sistema     | 04/04/2025 às 09:11:43 | A proposta apresentada pela Empresa referente ao ítem 67 NÃO atende ao descritivo do Edital. Não apresenta bordas biseladas.  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 04/04/2025 às 09:28:24 | Após as desclassificações, farei a convocação para as empresas classificadas em segundo lugar.  |
| Sistema     | 04/04/2025 às 09:28:59 | Reitero que as empresa que forem vencedoras em mais de um item, a convocação será feita apenas no primeiro item   |
| Sistema     | 04/04/2025 às 09:29:57 | Convocarei para envio de proposta financeira, qualificação técnica (ANVISA e AFE) juntamente com catálogos ou folders.  |
| Sistema     | 04/04/2025 às 12:05:37 | Srs. Licitantes, suspenderei o certame para intervalo de almoço, retornaremos as 13h30min.  |
| Sistema     | 04/04/2025 às 12:05:45 | Bom almoço à todos.   |
| Sistema     | 04/04/2025 às 13:29:29 | Boa tarde Srs. Licitantes, estamos reabrindo o certame.   |
| Sistema     | 04/04/2025 às 13:39:30 | Referente a proposta da empresa CIRUMAX COMERCIO DE MATERIAIS, a equipe técnica respondeu da seguinte forma: A proposta apresentada pela Empresa referente ao item 72 NÃO atende ao descritivo do Edital.<br>O produto apresentado na proposta não possui as três camadas de absorção: vertical, camada com sistema tranca-fluidos e outra extra de retenção do exsudato, conforme solicita o Edital. |
| Sistema     | 04/04/2025 às 13:43:13 | Referente a proposta da empresa BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTO, a equipe técnica respondeu da seguinte forma:   |
| Sistema     | 04/04/2025 às 13:43:28 | Para os itens 28, 29 e 30 as propostas apresentadas NÃO atendem ao descritivo do Edital. Solicitamos no Edital com dispositivo de segurança nr 32, na proposta o produto não apresenta.   |
| Sistema     | 04/04/2025 às 13:53:09 | Referente ao item 30, pedimos desculpas, visto q desclassificamos equivocadamente a empresa LEMED COMERCIO  |
| Sistema     | 04/04/2025 às 15:27:49 | Referente a proposta da empresa PL & BR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS , a equipe técnica respondeu da seguinte forma: A proposta apresentada pela Empresa referente ao item 03 NÃO atende ao descritivo do Edital. Na proposta apresentada o produto é de fibras celulósicas virgem, no Edital solicitamos branco celulose.   |
| Sistema     | 04/04/2025 às 15:54:22 | Referente a proposta da empresa MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA, a equipe técnica analisou da seguinte forma: A proposta apresentada pela Empresa referente ao item 63 NÃO atende ao descritivo do Edital.<br>O produto apresenta em sua composição alginato de cálcio e sódio, enquanto o Edital preconiza apenas cálcio.   |
| Sistema     | 04/04/2025 às 15:59:17 | A proposta da empresa DISTRISOL DISTRIBUIDORA LTDA apresentada é a mesma marca já analisada pela equipe técnica e desclassificada por não atender ao solicitado em edital   |
| Sistema     | 04/04/2025 às 16:19:17 | Referente a proposta da empresa HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTO para o item66, a equipe técnica respondeu da seguinte forma: A proposta apresentada pela Empresa referente ao item 66 NÃO atende ao descritivo do Edital.<br>O produto apresentado na proposta contém alginato de cálcio e sódio.O Edital preconiza apenas cálcio  |
| Sistema     | 04/04/2025 às 16:25:56 | Srs. Licitantes, o certame será suspenso e reaberto segunda-feira, dia 07/04/2025 às 08h30min.  |
| Sistema     | 04/04/2025 às 16:26:16 | Aguardamos a presença de todos, bom final de semana.  |
| Sistema     | 07/04/2025 às 08:32:27 | Bom dia Srs. Licitantes, estamos reabrindo o certame.   |
| Sistema     | 07/04/2025 às 08:46:05 | Referente a proposta da empresa Ravache Comercial a equipe técnica respondeu da seguinte forma: Item 01 - NÃO atende ao descritivo. Na proposta o produto a gramatura e as medidas são inferiores ao solicitado no Edital.  |
| Sistema     | 07/04/2025 às 09:26:58 | Referente a proposta da empresa HENRIQUE DE OLIVEIRA PRADO, a equipe técnica respondeu da seguinte forma:   |
| Sistema     | 07/04/2025 às 09:27:14 | A proposta apresentada pela Empresa referente ao item 79 NÃO atende ao descritivo do Edital. O produto apresentado na proposta não possui em sua composição as substâncias que auxiliam na restauração do pH, e o emoliente tem com base acidos graxos inviabilizando a restauração de pH.  |
| Sistema     | 07/04/2025 às 09:27:46 | A proposta apresentada pela Empresa referente ao item 72 Não atende ao descritivo do Edital. O produto apresentado na proposta não possuem as três camadas de absorção exigidas, uma de absorção vertical, camada com sistema tranca-fluidos e outra camada extra de retenção de exsudato.  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 07/04/2025 às 09:32:25 | Referente a proposta da empresa L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA. a equipe técnica respondeu da seguinte forma:  |
| Sistema     | 07/04/2025 às 09:32:39 | As propostas apresentadas pela Empresa referente aos itens 60 e 68 NÃO atendem ao descritivo do Edital.<br>Ítem 60 - Não possui dupla camada e porcentagem de 1,2% de prata.<br>Ítem 68 - Não possui hidantoína , sorbato de potássio e ácido bórico em sua composição.   |
| Sistema     | 07/04/2025 às 09:53:31 | Referente a proposta da empresa Medicentro para o item 145, a equipe técnica respondeu da seguinte forma:   |
| Sistema     | 07/04/2025 às 09:53:35 | Ítem 145 - NÃO atende ao descritivo.<br>O produto apresentado não possui em sua composição hidantoína, sorbato de potássio e ácido bórico.  |
| Sistema     | 07/04/2025 às 10:16:29 | Referente a proposta da empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL, a equipe técnica respondeu da seguinte forma: A proposta apresentada pela Empresa referente ao item 67 não atende ao Edital.<br>O produto apresentado não apresenta bordas biseladas.  |
| Sistema     | 07/04/2025 às 10:27:59 | Referente a proposta da empresa MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALA a equipe técnica respondeu da seguinte forma: A proposta apresentada pela Empresa referente ao item 61 NÃO atende ao descritivo.<br>O produto apresentado na proposta não possui dupla camada e não possui 1,2 % de prata iônica.               |
| Sistema     | 07/04/2025 às 10:30:48 | Referente a proposta da empresa PROVIDE HOSPITALAR LTDA, a equipe técnica respondeu da seguinte forma:  |
| Sistema     | 07/04/2025 às 10:31:05 | tem 69 - Não apresenta informações sobre a purificação da água por sistema de osmose reversa.<br>Ítem 70 - Não apresenta informações sobre a purificação da água por sistema de osmose reversa.<br>Ítem 73 - Não é produto destinado à barreira cutânea e é contra indicado para aplicação em peles infectadas.   |
| Sistema     | 07/04/2025 às 10:43:02 | Referente a proposta da empresa HOSPOBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTO a equipe técnica respondeu da seguinte forma:   |
| Sistema     | 07/04/2025 às 10:43:15 | Referente aos 71, 77, 80 e 144 NÃO atendem ao descritivo do Edital.<br>Ítem 71 - Não apresenta em sua composição 23% de óxido de zinco.<br>Ítem 77 - Não possuem as três camadas de absorção, uma vertical, uma tranca fluidos e outra extra de retenção de exsudato.<br>Ítem 144 - Não possuem bordas biseladas. |
| Sistema     | 07/04/2025 às 10:43:56 | Para o item 88 e 125 atendem, portanto, farei a convocação no item 88 para envio de documentos de habilitação.  |
| Sistema     | 07/04/2025 às 11:27:08 | Srs. Licitante, o certame será suspenso e reaberto hoje, às 13h30min.   |
| Sistema     | 07/04/2025 às 11:27:15 | Aguardamos a presença de todos  |
| Sistema     | 07/04/2025 às 13:33:30 | Boa tarde Sr. Licitantes, estamos reabrindo o certame   |
| Sistema     | 07/04/2025 às 13:55:40 | Referente a proposta da empresa CIRURGICA LAJEADENSE LTDA, a equipe técnica respondeu da seguinte forma: Ítem 148 - NÃO atende ao descritivo. O monitor de glicemia ( glicosímetro) não aceita a segunda gota, não coleta e não faz a leitura de néonatal.  |
| Sistema     | 07/04/2025 às 13:58:35 | A proposta apresentada pela Empresa Cirurgica Lajeadense referente ao item 145 NÃO atende ao descritivo do Edital.<br>Não apresenta em sua composição hidantoína, sorbato de potássio e ácido bórico.   |
| Sistema     | 07/04/2025 às 14:09:23 | Referente a proposta da empresa FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO para o item 142, a equipe técnica respondeu da seguinte forma: Ítem 142 - Não atende ao descritivo do Edital. Não possui dupla camada e não possui 1.2% de prata iônica.  |
| Sistema     | 07/04/2025 às 14:16:59 | Referente a proposta da empresa PHARMA-LOG PRODUTOS PARA SAUDE a equipe técnica respondeu da seguinte forma: As propostas apresentadas pela Empresa referente aos itens 67 e 144 NÃO atendem ao descritivo do Edital.<br>Não apresentam bordas biseladas.   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 07/04/2025 às 14:18:57 | Referente a proposta da empresa NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPOR a equipe técnica respondeu da seguinte forma: As propostas apresentadas pela Empresa referente aos itens 67 e 144 NÃO atendem ao descritivo do Edital. Não apresentam bordas biseladas.   |
| Sistema     | 07/04/2025 às 14:21:35 | Referente a proposta da empresa FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO a equipe técnica respondeu da seguinte forma: A proposta apresentada pela Empresa referente ao item 60 NÃO atende ao descritivo do Edital.<br>Não possui dupla camada.  |
| Sistema     | 07/04/2025 às 14:25:48 | Referente a proposta da empresa DISTRISOL DISTRIBUIDORA LTDA para o item 68, a equipe técnica respondeu da seguinte forma:  |
| Sistema     | 07/04/2025 às 14:25:58 | A proposta apresentada pela Empresa referente ao item 68 NÃO atende ao descritivo do Edital. Não possui em sua composição hidantoina, sorbato de potássio e ácido bórico.   |
| Sistema     | 07/04/2025 às 14:35:44 | Srs. Licitantes, referente ao item 27, a equipe técnica reanalisou a proposta da empresa DAMED DISTRIBUIDORA DE MED. e respondeu da seguinte forma:   |
| Sistema     | 07/04/2025 às 14:36:05 | Após a reanálise da proposta apresentada pela Empresa referente ao item 27., NÃO atende ao descritivo do Edital. O catálogo apresenta um registro, enquanto que na documentação apresentou outro registro, de qualidade inferior.<br>Att.: Enf Natalina   |
| Sistema     | 07/04/2025 às 14:50:38 | Referente a proposta da empresa AUTOMX SOLUCOES LTDA, a equipe técnica respondeu da seguinte forma: Item 136 - Não atende ao descritivo. Na proposta as dimensões são maiores do solicitado.<br>Att.: Enf Natalina  |
| Sistema     | 07/04/2025 às 15:04:08 | Referente a proposta da empresa SC MED DISTRIBUIDORA MEDIC, a equipe técnica respondeu da seguinte forma:   |
| Sistema     | 07/04/2025 às 15:04:10 | Item 72 - Não possuem as três camadas de absorção, uma vertical, uma tranca fluidos e outra extra de retenção de exsudato.<br>Item 80 - Não possuem bordas biseladas.   |
| Sistema     | 07/04/2025 às 15:08:56 | Srs. Licitantes, estamos aguardando a análise das propostas, pela equipe técnica, para depois convocar as propostas remanescentes.  |
| Sistema     | 07/04/2025 às 15:09:01 | Solicito que aguardem   |
| Sistema     | 07/04/2025 às 15:10:59 | Referente a proposta da empresa PHARMA-LOG PRODUTOS PARA SAUDE a equipe técnica respondeu da seguinte forma: As propostas apresentadas pela Empresa referente aos itens 69 e 70 NÃO atendem ao descritivo do Edital.<br>Não apresenta informações sobre a purificação da água por sistema de osmose reversa.                    |
| Sistema     | 07/04/2025 às 15:15:29 | Referente a proposta da empresa MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA para o item 73: A proposta apresentada pela Empresa NÃO atende ao descritivo do Edital.<br>Pela marca apresentada a apresentação é de 28 ml, no Edital solicitamos 50 ml   |
| Sistema     | 07/04/2025 às 15:19:46 | Referente a proposta da empresa HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS para o item 79: A proposta apresentada pela Empresa referente ao item 79 NÃO atende ao descritivo do Edital.<br>O produto apresentado não apresenta composição solicitada para a restauração de pH, apenas fornece filme barreira para agentes agressivos.    |
| Sistema     | 07/04/2025 às 15:22:41 | Referente a proposta da empresa CIRUMAX COMERCIO DE MATERIAIS para o item 77: A proposta apresentada pela Empresa referente ao item 77 NÃO atende ao descritivo do Edital.<br>Não possuem as três camadas de absorção, uma vertical, uma tranca fluidos e outra extra de retenção de exsudato                                   |
| Sistema     | 07/04/2025 às 15:28:26 | Srs. Licitantes, farei novas convocações. Caso seja vencedor em mais de um item, a convocação será feita apenas no primeiro item  |
| Sistema     | 07/04/2025 às 15:43:08 | referente a proposta da empresa MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO para o item 03, a equipe técnica respondeu da seguinte forma: A proposta apresentada pela Empresa referente ao item 03 NÃO atende ao descritivo do Edital.<br>O produto apresentado é composto por fibras celulósicas, do Edital solicitamos branco celulose. |
| Sistema     | 07/04/2025 às 16:22:31 | Srs. Licitantes, o certame será suspenso e reaberto amanhã, dia 08/04/2025, às 09h.   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 07/04/2025 às 16:22:40 | Aguardamos a presença de todos.  |
| Sistema     | 08/04/2025 às 09:04:05 | Bom dia Srs. Licitantes, estamos reabrindo o certame.  |
| Sistema     | 08/04/2025 às 09:10:18 | Srs. Licitantes, várias empresas não anexaram proposta, portanto, serão desclassificadas.  |
| Sistema     | 08/04/2025 às 09:10:40 | Peço que aguardem, pois irei desclassificar estas empresas   |
| Sistema     | 08/04/2025 às 09:43:34 | Referente a proposta da empresa MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAM para o item 77, a equipe técnica respondeu da seguinte forma: A proposta apresentada pela Empresa referente ao item 77 NÃO atende ao descritivo do Edital.<br>O produto apresentado não possuem as três camadas de absorção, uma vertical, uma tranca fluidos e outra extra de retenção de exsudato.  |
| Sistema     | 08/04/2025 às 09:45:53 | Referente a proposta da empresa ORTOM INDUSTRIA TEXTIL, a equipe técnica respondeu: A proposta apresentada pela Empresa referente ao item 03 NÃO atende ao descritivo do Edital.<br>O produto apresentado apresenta em sua composição fibras celulósicas, no Edital solicitamos branco celulose.   |
| Sistema     | 08/04/2025 às 09:58:19 | Referente ao item 148, a equipe técnica respondeu da seguinte forma: A proposta apresentada pela Empresa referente ao item 148 NÃO atende ao descritivo do Edital.<br>Na proposta apresentada o aparelho não aceita a segunda gota e não faz a coleta de neonato.  |
| Sistema     | 08/04/2025 às 10:00:38 | Referente a proposta da empresa NOEM MEDICAL IMPORTACAO para o item 80 a equipe técnica respondeu da seguinte forma:   |
| Sistema     | 08/04/2025 às 10:00:49 | A proposta apresentada pela Empresa referente ao item 80 NÃO atende ao descritivo do Edital.<br>O produto apresentado na proposta não apresenta bordas biseladas.  |
| Sistema     | 08/04/2025 às 10:10:43 | Sr. Licitantes, começarei a fazer as novas convocações, fiquem atentos.  |
| Sistema     | 08/04/2025 às 10:31:51 | Referente a proposta da empresa MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA para o item 70, a equipe técnica respondeu da seguinte forma: A proposta apresentada pela Empresa referente ao item 70 NÃO atende ao descritivo do Edital.<br>Na proposta foi apresentado o Registro (ANVISA) do produto Spray de barreiras, no Edital solicitamos Gel.   |
| Sistema     | 08/04/2025 às 11:35:37 | Srs. Licitantes, farei intervalo para almoço, retornaremos as 13h30min.  |
| Sistema     | 08/04/2025 às 13:28:08 | Boa tarde Srs. Licitantes, estamos retornando ao certame.  |
| Sistema     | 08/04/2025 às 13:30:45 | Referente a proposta da empresa O P M COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS a equipe técnica respondeu da seguinte forma: A proposta apresentada pela empresa referente ao item 79 NÃO atende ao descritivo do Edital.<br>O produto apresentado na proposta contém dimeticona como princípio ativo, tornando o creme oleoso na pele o que impede a aderência dos curativos primários, também pode causar reações alérgicas em pacientes com idosos e crianças. |
| Sistema     | 08/04/2025 às 13:34:43 | Referente a proposta da empresa DISTRISOL DISTRIBUIDORA LTDA, a equipe técnica respondeu da seguinte forma: proposta apresentada pela Empresa referente ao item 80 NÃO atende ao descritivo.<br>O produto apresentado na proposta não apresenta bordas biseladas.  |
| Sistema     | 08/04/2025 às 13:44:24 | Referente a proposta da empresa LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MED, a equipe técnica respondeu da seguinte forma?  |
| Sistema     | 08/04/2025 às 13:44:41 | A proposta apresentada pela Empresa referente ao item 71 NÃO atende ao descritivo do Edital.<br>O produto apresentado na proposta não apresenta em sua formulação a quantidade de 23 % de óxido de zinco conforme solicita o Edital.   |
| Sistema     | 08/04/2025 às 13:48:39 | Referente a proposta da empresa HENRIQUE DE OLIVEIRA PRADO a equipe técnica respondeu da seguinte forma: Item 77 NÃO atende ao descritivo. O produto apresentado na proposta não possuem as três camadas de absorção, uma vertical, outra com sistema tranca-fluidos e outra extra de retenção de exsudato.  |



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 08/04/2025 às 13:55:28 | Referente a proposta da empresa CIRURGICA LAJEADENSE LTDA a equipe técnica respondeu da seguinte forma: A proposta apresentada pela Empresa referente ao item 68 NÃO atende ao descritivo do Edital.<br>O produto apresentado na proposta não contém em sua composição, hidantoina, sorbato de potássio e ácido bórico.  |
| Sistema     | 08/04/2025 às 15:03:40 | Referente a proposta da empresa HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS a equipe técnica respondeu da seguinte forma: A proposta apresentada pela Empresa referente ao item 72 NÃO atende ao descritivo do Edital.<br>O produto apresentado na proposta não possuem as três camadas de absorção, vertical, sistema tranca-fluidos e uma camada extra de retenção do exsudato.  |
| Sistema     | 08/04/2025 às 15:06:45 | Referente a proposta da empresa SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSP: A proposta apresentada pela Empresa referente ao item 77 NÃO atende ao descritivo do Edital.<br>O produto apresentado na proposta não possuem as três camadas de absorção, vertical-sistema tranca-fluidos e outra extra de retenção de exsudato.  |
| Sistema     | 08/04/2025 às 15:09:33 | Referente a proposta da empresa TOPMIX UTILIDADES E SERVICOS LTDA, a equipe técnica respondeu da seguinte forma: O termômetro não atende os requisitos das dimensões, conforme havia explicado no e-mail anterior, precisa ser do tamanho exato dos que já usamos nas caixas, pois se colocarmos outro tamanho, vai danificar as caixas, comprometendo o isolamento térmico.                                   |
| Sistema     | 08/04/2025 às 15:50:36 | Srs. Licitantes, o certame será suspenso e reaberto amanhã, dia 09/04/2025 às 09h  |
| Sistema     | 08/04/2025 às 15:50:42 | Boa tarde  |
| Sistema     | 09/04/2025 às 08:59:17 | Bom dia Srs. Licitantes, estamos reabrindo o certame.  |
| Sistema     | 09/04/2025 às 09:13:46 | Referente a proposta da empresa PROVIDE HOSPITALAR LTDA, a equipe técnica respondeu da seguinte forma:   |
| Sistema     | 09/04/2025 às 09:13:57 | A proposta apresentada pela Empresa referente ao item 79 NÃO atende ao descritivo do Edital.<br>O produto apresentado na proposta não possuem em sua composição as substâncias que auxiliam na restauração do pH. O emoliente utilizado no produto tem como base ácidos graxos essenciais, um óleo, e desta forma inviabiliza a restauração de pH, devido ao risco de queimaduras quando expostos à luz solar. |
| Sistema     | 09/04/2025 às 09:15:53 | Referente a proposta da empresa MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA a equipe técnica respondeu da seguinte forma:   |
| Sistema     | 09/04/2025 às 09:16:05 | A proposta apresentada pela Empresa referente ao item 71 NÃO atende ao descritivo do Edital.<br>A marca do produto apresentado na proposta ,não apresenta em sua formulação a quantidade de 23% de óxido de zinco , conforme solicita o Edital.  |
| Sistema     | 09/04/2025 às 09:18:00 | Referente a proposta da empresa FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO a equipe técnica respondeu da seguinte forma:  |
| Sistema     | 09/04/2025 às 09:18:29 | A proposta apresentada pela Empresa referente ao item 145 NÃO atende ao descritivo do Edital.<br>A marca do produto apresentada na proposta não possui em sua composição hidantoína, sorbato de potássio e ácido bórico conforme solicita o Edital.  |
| Sistema     | 09/04/2025 às 10:41:26 | Referente a proposta da empresa NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA a equipe técnica respondeu da seguinte forma: A proposta apresentada pela Empresa referente ao item 01 NÃO atende ao descritivo do Edital.<br>Na proposta o produto apresentado não contém o tamanho e nem as medidas conforme solicita o Edital.   |
| Sistema     | 09/04/2025 às 10:45:12 | Reverente a proposta da empresa PROVIDE HOSPITALAR LTDA, a equipe técnica respondeu da seguinte forma: A proposta apresentada pela Empresa referente ao item 68 NÃO atende ao descritivo do Edital.<br>A marca do produto apresentada na proposta não apresenta em sua composição hidantoína, sorbato de potássio e ácido bórico.  |
| Sistema     | 09/04/2025 às 11:31:25 | Srs. Licitantes, o certame será suspenso e reaberto hoje, às 14h   |
| Sistema     | 09/04/2025 às 11:31:34 | aguardamos a presença de todos, bom dia  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 09/04/2025 às 14:01:17 | Boa tarde Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o certame.   |
| Sistema     | 09/04/2025 às 14:10:34 | Referente a proposta da empresa MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA, a equipe técnica respondeu da seguinte forma: A proposta apresentada pela Empresa referente ao item 71 NÃO atende ao descritivo do Edital.<br>O produto apresentado na proposta não contém em sua composição 23 % de óxido de zinco conforme solicita o Edital.                            |
| Sistema     | 09/04/2025 às 14:16:12 | Referente a proposta da empresa L & BR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, a equipe técnica respondeu da seguinte forma:A proposta apresentada pela Empresa referente ao item 68 NÃO atende ao descritivo do Edital. O produto apresentado na proposta não possui em sua composição hidantoína, sorbato de potássio e ácido bórico conforme solicita o Edital. |
| Sistema     | 09/04/2025 às 14:54:56 | Srs. Licitantes, visto que faltam poucos itens para a análise, farei a habilitação dos itens já aceitos.  |
| Sistema     | 09/04/2025 às 14:55:17 | FIQUEM ATENTOS A PRAZO PARA A INTENÇÃO DE RECURSOS!!  |
| Sistema     | 09/04/2025 às 15:35:13 | Srs. Licitantes, encaminhamos a proposta do item 68 e 71 para a análise da equipe técnica, aguardem.  |
| Sistema     | 09/04/2025 às 15:54:38 | Srs. Licitantes, a equipe técnica analisou a proposta da empresa COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA e respondeu da seguinte forma:  |
| Sistema     | 09/04/2025 às 15:54:56 | Ítem 68 - O produto apresentado na proposta não possui em sua composição hidantoína, sorbato de potássio e ácido bórico conforme solicita o Edital.<br>Ítem 71 - O produto apresentado não possui em sua composição 23% de óxido de zinco conforme solicita o Edital.   |
| Sistema     | 09/04/2025 às 16:04:21 | Srs. Licitantes, visto que ainda teremos 02 propostas para analisar , o certame será suspenso e reaberto amanhã, dia 10/04/2025,às 09h.   |
| Sistema     | 09/04/2025 às 16:05:58 | Salientamos que somente após a aceitação e habilitação de todos os itens, começará a contar o prazo de recursos, sendo que todas as intenções de recurso serão aceitas, portanto, fiquem atentos para anexar seus recursos.   |
| Sistema     | 09/04/2025 às 16:06:05 | Boa tarde.  |
| Sistema     | 10/04/2025 às 08:59:02 | Bom dia Srs. Licitantes, estamos reabrindo o certame.   |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:05:32 | Referente a proposta da empresa FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LT a equipe técnica da seguinte forma: A proposta apresentada pela Empresa referente ao item 68 NÃO atende ao descritivo do Edital.<br>O produto apresentado na proposta não possui em sua composição hidantoína, sorbato de potássio e ácido bórico conforme solicita o Edital.        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 10:27:35 | Srs. Licitantes, aguardaremos a análise da última proposta. Aguardem.   |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:26:08 | Srs. Licitantes, fiquem atentos ao prazo de recursos e contrarrazões.   |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:26:30 | Tenham todos um bom dia!  |
| Sistema     | 24/04/2025 às 11:16:32 | Bom dia Srs. Licitantes, após a fase recursal, o certame voltará fase para os itens 69 e 70 no dia 25/04/2025 às 11:20.   |
| Sistema     | 24/04/2025 às 11:16:47 | Aguardamos a presença de todos os itneressados.   |
| Sistema     | 25/04/2025 às 11:20:41 | Bom dia Srs. Licitantes, estamos voltando a fase de julgamento para os itens 69 e 70 após a fase recursal.  |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--|
| 01/04/2025 às 08:30:01 | Abertura da sessão pública                 |
| 01/04/2025 às 11:59:09 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 131 - Dreno cirúrgico

|   |   |                 |                         |
|---|---|-----------------|-------------------------|
| Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico, Material: Silicone, Calibre: 28FRENCH, Comprimento: Cerca De 50CM, Conector Universal: C/ Conector, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual |   |                 |                         |
| Quantidade:   | 50  | Valor estimado: | R\$ 5,8000 (unitário)   |
| Unidade de fornecimento:  | Unidade   |                 | R\$ 290,0000 (total)    |
|   |   | Situação:       | Adjudicado e Homologado |
| Critério de julgamento:   | Menor Preço   |                 |                         |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP:   | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                 |                         |

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.864.\*\*\*-7 - LIANA TROST EBLING para BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38, melhor lance: R\$ 5,7500 (unitário) / R\$ 287,5000 (total)

Propostas do Item 131

| Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006   |  |                         |                     |
|--|--|-------------------------|---------------------|
| Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024   |  |                         |                     |
| Fornecedor   | Valor ofertado                                     |                         | Situação            |
| 42.040.380/0001-38 - BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS  | R\$ 5,7500 (unitário)<br>R\$ 287,5000 (total)      |                         | Proposta adjudicada |
| Marca/Fabricante: health quality<br>Modelo/versão: health quality<br>Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário)<br>R\$ 500,0000 (total)  | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 50 |                     |
| 32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP                                | R\$ 315,0000 (unitário)<br>R\$ 15.750,0000 (total) |                         | -                   |
| Marca/Fabricante: MEDICONE / MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A IND<br>Modelo/versão: 94088<br>Valor proposta: R\$ 315,0000 (unitário)<br>R\$ 15.750,0000 (total)   | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 50 |                     |
| 15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: DF   | R\$ 5,8690 (unitário)<br>R\$ 293,4500 (total)      |                         | -                   |
| Marca/Fabricante: Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico, Material: Silico<br>Modelo/versão: Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico, Material: Silico<br>Valor proposta: R\$ 5,8690 (unitário)<br>R\$ 293,4500 (total) | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 50 |                     |

| Fornecedor  | Valor ofertado  | Situação                |
|---|---|-------------------------|
| 29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RO | R\$ 2.999,0000 (unitário)<br>R\$ 149.950,0000 (total) | -                       |
| Marca/Fabricante: Dreno cirúrgico<br>Modelo/versão: Dreno cirúrgico<br>Valor proposta: R\$ 2.999,0000 (unitário)<br>R\$ 149.950,0000 (total)            | Valor negociado: Não Realizado                        | Quantidade ofertada: 50 |

Lances do Item 131

| Data/hora              | Participante       | Lance      |
|------------------------|--------------------|------------|
| 01/04/2025 às 11:20:59 | 42.040.380/0001-38 | R\$ 5,7500 |

Mensagens do chat do Item 131

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 01/04/2025 às 11:18:18 | O item 131 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema     | 01/04/2025 às 11:28:19 | O item 131 está encerrado.   |
| Sistema     | 04/04/2025 às 14:26:00 | O item 131 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/04/2025 14:36:00.      |
| Sistema     | 09/04/2025 às 15:15:26 | O item 131 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/04/2025 15:25:26. |

Eventos do Item 131

| Data/Hora              | Descrição  |
|------------------------|--|
| 25/04/2025 às 15:31:58 | Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 5,7500. |
| 25/04/2025 às 15:36:01 | Item homologado.   |

Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

04/04/2025 14:36:00

Intenção de recurso na habilitação:

09/04/2025 15:25:26